s.

### VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## **PCT**

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalt 11 622	WEITERES VORGEHE	EN s	clehe Formblatt PCT//PEA/416			
Internationales Aktenzeichen PCT/DE2005/D00180	Internationales Anmeldedatu 04.02.2005	m (TagMonaWahr)	Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 17.03.2004			
internationale Patentklassifikation (IPC) o INV. A61B5/15	der nationale Klassifikation und IP	C				
Anmelder SARSTEDT AG & CO. et al.						
Bei diesem Bericht handelt es internationalen vorläufigen Prü Artikel 36 übermittelt wird.	sich um den internationalen vo fung beauftragten Behörde na	orläufigen Prüfungsb ch Artikel 35 erstellt	vericht, der von der mit der wurde und dem Anmelder gemäß			
2. Dieser BERICHT umfaßt insge	2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 4. Blätter einschließlich dieses Deckblatts.					
3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen						
,	a. 🔯 (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt 1 Blätter; dabei handelt es sich um					
Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).						
Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.						
b. (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthäl/enthalten, nur in elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).						
4. Dieser Bericht enthält Angabe	n zu folgenden Punkten:	•				
☐ ☑ Feld Nr. I Grundlage des Berichts						
Feld Nr. II   Prioritât						
Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit						
Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung						
Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen						
☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung						
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung						
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellu	ng dieses Berichts			
24.11.2005		07.06.2006	•			
Name und Postanschrift der mit der in Prüfung beauftragten Behörde	_	Bevollmächtigter Bedi	ienstatar			
Europäisches Patentan D-10958 Berlin	nt - Gitschiner Str. 103	Abraham, V				
Tel. +49 30 25901 - 0 Fax: +49 30 25901 - 84	0	Tel. +49 30 25901-56	3			

24/08/2006 - 14:24

+49-211-6798933

IAP16 Rec'd PCT/PTO 15 SEP 2006

PCT/DE2005/000180

#### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

_			One II and Devictor					
	Feld	Nr. I	Grundlage des Berichts		<del>.</del>			
1.	Hins	ichtlich	der Sprache beruht der Bescheid auf					
	Ø	der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde.						
		es sici	Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bei der n um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht	worden ist:	•			
		☐ Ve	ernationale Recherche (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b)) röffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a)) ernationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 a) und/oder 55.3 a))					
<ol> <li>Hinslchtlich der Bestandteile" der Internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblätt Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dies "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):</li> </ol>								
	Bes	chrelb	ung, Seiten		. :			
	1-3		in der ursprünglich eingereichten Fassung		•			
	Ans	sprüche	e, Nr.	•				
	1	•.	eingegangen am 18.01.2006 mit Schreiben vom 17.01.2006	•				
	Zel	chnung	gen, Blätter					
	1/1		in der ursprünglich eingereichten Fassung					
	□ Se	einer einer	n Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzle protokoll	ald betreffen	d das			
3	3. 🗆	Aufg	rund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:					
			eschreibung: Seite					
			nsprüche: Nr. eichnungen: Blatt/Abb.					
			equenzprotokoll (genaue Angaben):					
		Ое	twaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):					
•	aı Aı	ufgelist uffassu	er Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefüg eten Änderungen erstellt worden, da diese aus den Im Zusatzfeld angegebener ng der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten 0.2 c)).	n Grungen na	acn			
	·		Beschreibung: Seite Ansprüche: Nr. Zeichnungen: Blatt/Abb. Sequenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> : etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :		٠,			
			n Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter	mit der	Bemerku			

#### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

+49-211-6798933

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2005/000180

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ansprüche 1

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ansprüche: 1

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

HEMMERICH&KOLLEGEN

IAP16 Rec'd PCT/PTO 15 SEP 2006

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

PCT/DE2005/000180

Es wird auf folgendes Dokument verwiesen:

D1: WO 92/20281 A (WEIBEL, STIG, ERIC) 26. November 1992 (1992-11-26)

Die Merkmale des Oberbegriffs sind formal aus dem Dokument D1 bekannt (siehe Figur 1).

Mit den zusätzlichen Merkmalen des Anspruchs soll eine bedienerfreundliche Blutentnahmevorrichtung mit vermindertem Verletzungs- und Infektionsrisiko geschaffen werden. Zur Lösung dieser Aufgabe ein bügelartiges Überbrückungselement vorzusehen, welches einen Freiraum für den Blutauslaß zwischen dem Kanülenhalter und dem Griffbereich schafft, ist weder aus dem vorliegenden Stand der Technik bekannt, noch wird es durch diesen nahegelegt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfüllt somit die Erfordernisse des Artikels 33(2)-(4) PCT.

24/08/2005 14:24 ·

CEMPERMIN

10/59317L

#### Neuer Patentanspruch:

1. Blutentnahmevorrichtung (1) für Neugeborene und Kleinkinder, umfassend eine mit einem offenen Bluteinlaß und –auslaß (4 bzw. 5) versehene, in einem Halter (2) mit Griffbereich (7) angeordnete Kanüle (3),

gekennzeichnet durch

ein den Griffbereich (7) mit dem Kanülenhalter (2) verbindendes, bügelartiges, einen Freiraum für den Blutauslaß (5) zwischen dem Kanülenhalter (2) und dem Griffbereich (7) schaffendes Überbrückungselement (6).